Gebrauchsanweisung

REF **Radiolucent Armboard 800-0297**

Wählen Sie das gewünschte Polster
(separat erhältlich)
508-0071 2” Armboard Pad, Deluxe
508-0151 2” Armboard Pad, Softcare

VERWENDUNGSZWECK
Der Verwendungszweck ist das Halten und Stützen des Arms des Patienten. Der Bewegungsbereich beträgt 180°. Das Gerät ist für medizinisches Fachpersonal in Krankenhäusern und Operationszentren bestimmt.

ANWEISUNGEN
Machen Sie sich mit den Funktionen des Positionierungsgeräts vertraut, bevor Sie es am Patienten anwenden. Üben Sie die Anwendung immer an einer Pflegekraft, einem Arzt oder einem geeigneten Freiwilligen, bevor Sie es klinisch anwenden.

Anbringen und Einstellen des Armboards am OP-Tisch

1. *Positionieren Sie das Armboard unter dem Polster des Tisches in der gewünschten Position*

Abnehmen des Armboards vom Operationstisch

1. *Entfernen Sie den Patienten vom Operationstisch und entfernen Sie dann das Armboard vom Polster unter dem Tisch*

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN
Geräteabmessungen (Maximum)

- *Länge: 36” +/- 0,5” (91 cm +/- 1 cm)*
- *Breite: 6” +/- 0,5” (15 cm +/- 1 cm)*
- *Tiefe: 0,375” +/- 0,5” (0,95 cm +/- 1 cm) (ohne Polster)*
- *Gerätegewicht: 2 +/- 0,5 lbs. (0,09 +/- 0,22 kg)*
- *Ein-Personen-Installation*

KOMPONENTEN-ÜBERSICHT
Das röntgendurchlässige Armboard ist eine chirurgische Tischverlängerung, die nicht an der Seitenschiene befestigt wird.

Wählen Sie das erforderliche Polster *(separat erhältlich)*
508-0071 2” Armboard Pad, Deluxe
508-0151 2” Armboard Pad, Softcare

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- *Produkt nicht mit Naturkautschuklatex gefertigt*
- *Gerät trägt 500 lb. (227 kg) Proportionale Patientenbelastung (193 cm (6'4") großer Patient pro 99 % menschliches Körpermodell)*
- *Die Produktgarantie deckt Herstellungsfehler für 2 Jahre*
- *Bei Transportschäden rufen Sie bitte den Kundendienst unter (888) 724-8763 oder (781) 982-7000 an, um eine Rücksendegenehmigungsnummer zu erhalten. Bei Fragen zur Produktgarantie wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.*
- *CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt gemäß MDR (EU) 2017/745*
- *Das Produkt ist wartungsfrei, überprüfen Sie den Zustand des Produkts vor dem nächsten Gebrauch*
- *Die Lebensdauer des Geräts beträgt 5 Jahre bei normalem Gebrauch*
- *Gerät zwischen -20°C und 30°C (-4°F bis +86°F) lagern*

ENTSORGUNG

- ***Allgemeines –*** *Verhindern Sie Infektionen durch Reinigung und Desinfektion des Produkts vor der Entsorgung*
- ***Verpackung –*** *Entsorgen Sie die Verpackung im Hausmüll gemäß den nationalen Vorschriften*
- *SchureMed nimmt gebrauchte oder ausgelaufene Produkte zurück – oder entsorgt das Produkt gemäß den nationalen Anforderungen*

WARNHINWEISE ZUM PRODUKTGEBRAUCH

WARNUNG!

Die maximale Belastung sollte den angemessenen Anteil eines Patienten mit einem Gewicht von 500 lbs nicht überschreiten. (227 kg) Achten Sie bei OP-Tischen mit geringer maximaler Tragfähigkeit darauf, dass die Zubehörschienen nicht überlastet werden.

WARNUNG!

Gefahren durch unsachgemäßen Gebrauch. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung für Ihr OP-Tisch-System.

WARNUNG! *Verwenden Sie das Gerät nicht wieder, wenn es offensichtliche Anzeichen von Schäden oder Funktionsstörungen aufweist. Wenden Sie sich vor der Wiederverwendung an den Hersteller.*

REINIGUNGSHINWEISE

Befolgen Sie die aktuellen Richtlinien des Association of periOperative Registered Nurses Journal für angemessene Reinigungs- und Desinfektionsverfahren.

WARNUNG! *Befolgen Sie die aktuellen Richtlinien des Association of periOperative Registered Nurses Journal für angemessene Reinigungs- und Desinfektionsverfahren.*

WARNUNG! *Verwenden Sie das Gerät nicht wieder, wenn es offensichtliche Anzeichen von Schäden oder Funktionsstörungen aufweist. Wenden Sie sich vor der Wiederverwendung an den Hersteller.*

WARNUNG!
Halten Sie sich an die Standards für durch Blut übertragbare Krankheitserreger der Occupational Safety and Health Administration. Verwenden Sie zur Reinigung des Zubehörs die empfohlene Schutzkleidung, Handschuhe, Masken und Augenschutz.

VORSICHT
Lesen und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers der Reinigungsflüssigkeit. Verwenden Sie KEINE phenolhaltigen Reiniger.

1. *Entfernen Sie größere Verunreinigungen aus dem Zubehör mit Einwegmaterialien. Befolgen Sie die entsprechenden Verfahren zur Entsorgung von Bioabfall.*
2. *Tragen Sie die Reinigungsflüssigkeit großzügig auf das gesamte Zubehör auf und wischen Sie es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch ab, bis alle Feuchtigkeit und Reinigungsflüssigkeit vom Zubehör entfernt ist.*
3. *Lassen Sie das Zubehör trocknen*

BENUTZERHINWEIS
Jeder schwerwiegende Zwischenfall im Zusammenhang mit dem Produkt muss dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Benutzer und/oder Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.

UDI Basis-UDI-DI: 081001460F0026E2

eIFU Sprachversionen
Um die Gebrauchsanweisung herunterzuladen und auszudrucken, gehen Sie auf http://www.schuremed.com/schuremed-eifu.

Symbolglossar

Symbol	Titel	Symbolbeschreibung
	Hersteller	Gibt den Hersteller des Medizinprodukts an.
EC REP	Autorisierter Beauftragter in der Europäischen Gemeinschaft	Gibt den autorisierten Beauftragten in der Europäischen Gemeinschaft an.
LOT	Chargencode	Gibt den Chargencode des Herstellers an, damit die Charge oder das Los identifiziert werden kann.
REF	Katalog- oder Artikelnummer	Gibt die Katalog- oder Artikelnummer des Herstellers an, damit das Medizinprodukt identifiziert werden kann.
SN	Seriennummer	Gibt die Seriennummer des Herstellers an, damit ein bestimmtes Medizinprodukt identifiziert werden kann.
	Vorsicht	Zeigt an, dass bei der Bedienung des Geräts oder der Steuerung in der Nähe des Symbols Vorsicht geboten ist, oder dass die aktuelle Situation die Aufmerksamkeit des Bedieners oder das Eingreifen des Bedieners erfordert, um unerwünschte Folgen zu vermeiden.
MD	Medizinprodukt	Zeigt an, dass es sich bei dem Artikel um ein Medizinprodukt handelt.
UDI	Unique Device Identifier	Zeigt an, dass ein Barcode Informationen zur einmaligen Produkterkennung enthält.
CE	CE-Kennzeichnung	Europäische Konformität.

Hersteller
SchureMed (081001460)
452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA
Gebührenfrei (888) 724-8763 | **Tel** (781) 982-7000 | **Fax** (781) 982-7001 | **orders@schuremed.com**

CE MD

EC REP **Autorisierter Beauftragter**
Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, Niederlande