

Instruções de Utilização

REF Premium Head & Chin Straps 800-0369

UTILIZAÇÃO PREVISTA

Destina-se a segurar a cabeça do paciente durante um procedimento cirúrgico. Os utilizadores previstos deste dispositivo são profissionais médicos em hospitais ou centros de cirurgia.

INSTRUÇÕES

Familiarizar-se com as características do dispositivo de posicionamento do paciente antes de utilizá-lo num paciente. Praticar sempre a utilização num enfermeiro, médico ou voluntário adequado antes de utilizar clinicamente.

1. Posicionar o paciente numa mesa cirúrgica/cadeira com apoio de ombro em posição supina
2. Quando o paciente estiver entubado, segurar a cabeça/pescoço do paciente e subir a cadeira com apoio de ombro, para que o paciente fique na posição Fowler (sentada)
3. Soltar a junta esférica - ajustar o posicionador da cabeça à volta da cabeça do paciente, certificando-se de que as orelhas do paciente estão destapadas - apertar a junta esférica
4. Manter as abas do posicionador da cabeça ao lado da cabeça do paciente, posicionando a Faixa para Testa conforme apresentado. Fixar firmemente e evitar cobrir as sobrancelhas do paciente.
5. Centrar a Faixa para Queixo sobre o mesmo, prender a faixa num dos lados do posicionador da cabeça. Certificando-se de que a cabeça está devidamente posicionada, prender a outra extremidade da faixa ao lado oposto do posicionador da cabeça.



NOTA: A cabeça deve estar firmemente posicionada. Caso contrário, aperte um pouco mais a faixas.

RESUMO DOS COMPONENTES

As Premium Head and Chin Straps mantêm a cabeça do paciente segura durante o procedimento cirúrgico.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Dimensões do Dispositivo (máximo)

- Comprimento: 21" +/- 0,5" (53 cm +/- 1 cm) (Cabeça)
- Comprimento: 22" +/- 0,5" (56 cm +/- 1 cm) (Queixo)
- Largura: 2" +/- 0,5" (5 cm +/- 1 cm) (Cabeça e Queixo)
- Peso do Dispositivo: 0,066 lbs. +/- 0,02 lbs. (0,03 kg +/- 0,009 kg)
- Fixa-se à secção da cabeça das Cadeiras com Apoio de Ombro SchureMed
- Instalação de uma única pessoa

INFORMAÇÕES GERAIS

- Produto não fabricado com Látex de Borracha Natural

- Em caso de danos durante o transporte, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente através do (888) 724-8763 ou (781) 982-7000 para obter o número de Autorização de Devolução do Material. Para questões de garantia do produto, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.
- Dispositivo médico com marcação CE em conformidade com MDR (UE) 2017/745
- Armazenar o dispositivo entre -4 °F e +86 °F (-20 °C e 30 °C)



PARA UTILIZAÇÃO NUM ÚNICO PACIENTE – Eliminar após cada utilização

AVISO AO UTILIZADOR

Qualquer incidente grave ocorrido relativamente a este dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro no qual o utilizador e/ou paciente se encontra.

UDI Dispositivo Básico UDI-DI: 081001460F0012DP

Versões Linguísticas eFIU

Para descarregar e imprimir as Instruções de Utilização, aceda a <http://www.schuremed.com/schuremed-eifu>.

Glossário de Símbolos

Símbolo	Título	Descrição do Símbolo
	Fabricante	Indica o fabricante do dispositivo médico.
	Representante Autorizado na Comunidade Europeia	Indica o Representante Autorizado na Comunidade Europeia.
	Data de Validade	Indica a data após a qual o dispositivo médico não deve ser utilizado.
	Código do Lote	Indica o código de lote do fabricante para que um lote possa ser identificado.
	Número do Catálogo ou Artigo	Indica o número do catálogo ou artigo do fabricante para que o dispositivo médico possa ser identificado.
	Número de série	Indica o número de série do fabricante para que um dispositivo médico específico possa ser identificado.
	Atenção	Para indicar que é necessário atenção ao operar o dispositivo ou controlo próximo da localização do símbolo, ou indicar que a situação atual exige a atenção do operador ou ação do operador para evitar consequências indesejáveis.
	Dispositivo Médico	Indica que o artigo é um dispositivo médico.
	Identificador Único de Dispositivo	Indica um código de barras que contém a informação do identificador de dispositivo único.
	Marcação CE	Conformidade Europeia.
	Para Utilização Num Único Paciente	Indica que o artigo é um dispositivo médico para utilização num único paciente.



Fabricante

SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 EUA

Número Gratuito (888) 724-8763 | Tel. (781) 982-7000 | Fax (781) 982-7001 | orders@schuremed.com



Representante Autorizado

Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP Haia, Países Baixos