Mode d'emploi

REF Premium Head & Chin Straps 800-0369

UTILISATION PRÉVUE

L'utilisation prévue est le maintien de la tête du patient pendant une procédure opératoire. Les utilisateurs prévus de ce dispositif médical sont des professionnels médicaux au sein d'hôpitaux et de centres chirurgicaux.

INSTRUCTIONS

Se familiariser avec les caractéristiques du dispositif de positionnement du patient avant de l'utiliser sur le patient. Toujours s'entraîner sur un infirmier, un médecin ou un volontaire approprié avant de l'utiliser cliniquement.

1. *Placer le patient sur la table/chaise d'opération en l'allongeant sur le dos*
2. *Une fois que le patient est intubé, maintenir sa tête/son cou et soulever le dossier de la chaise pour que le patient se retrouve en position assise*
3. *Desserrer le joint à rotule, ajuster l'appui-tête contre la tête du patient et s'assurer que ses oreilles ne sont pas couvertes, resserrer le joint à rotule*
4. *Maintenir l'appui-tête contre la tête du patient, placer la sangle pour le front autour du front comme illustré. Attacher fermement et éviter de couvrir les sourcils du patient.*
5. *Centrer la menionnière sur le menton, ajuster la sangle d'un côté de l'appui-tête. S'assurer que la tête est correctement positionnée, fixer l'autre extrémité de la sangle sur le côté opposé de l'appui-tête.*

REMARQUE : la tête doit être bloquée. Le cas échéant, ajuster la sangle en la serrant légèrement.

APERÇU DES COMPOSANTS

Le Premium Head and Chin Straps maintient la tête du patient fermement pendant les procédures opératoires.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Dimensions du dispositif (maximum)

- *Longueur : 53 cm +/- 1 cm (21 po +/- 0,5 po) (Tête)*
- *Longueur : 56 cm +/- 1 cm (22 po +/- 0,5 po) (Menton)*
- *Largeur : 5 cm +/- 1 cm (2 po +/- 0,5 po) (Pour la tête et le menton)*
- *Poids du dispositif : 0,03 kg +/- 0.009 kg (0,066 lb +/- 0,02 lb)*
- *Se fixe à la tête de la SchureMed Shoulder Chairs*
- *Installation pour une seule personne*

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- *Produit non fabriqué en latex de caoutchouc naturel*

- *En cas de dommage lors de l'envoi, appeler le Service client au (888) 724-8763 ou (781) 982-7000 pour obtenir un Numéro d'autorisation de retour de matériel. Pour des problèmes de garantie de produit, contacter le Service client.*
- *Dispositif médical marqué CE conformément au MDR (EU) 2017/745*
- *Stocker le dispositif entre -20 °C et 30 °C (-4 °F et +86 °F)*

USAGE UNIQUE - Veuillez jeter après chaque utilisation

AVIS AUX UTILISATEURS
Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Choix de langues du mode d'emploi électronique
Pour télécharger et imprimer le mode d'emploi, rendez-vous sur www.schuremed.com

Glossaire de symboles

Symbole	Titre
	Fabricant
	Date de fabrication
EC REP	Représentant agréé dans l'Union européenne
CH REP	Représentant agréé en Suisse
	Importateur
SN	Numéro de série
	Mise en garde
MD	Dispositif médical
UDI	Identificateur unique du dispositif
CE	Marquage CE
	Utilisation par un seul patient

SchureMed (081001460)
452 Rue Randolph, Abington, MA 02351 États-Unis
Numéro sans frais (888) 724-8763 | **Tél** (781) 982-7000 | **Fax** (781) 982-7001 | **orders@schuremed.com**

CE