



使用手順

REF Premium Head & Chin Straps 800-0369

使用目的

施術時、患者の頭部を固定することを目的に使用されます。本機器の想定使用者は、病院や外科センターの医療専門家です。

手順

患者に使用する前に、患者整位機器の特徴を把握してください。
臨床現場での使用の前に、必ず看護師、医師、または適切なボランティアを相手に予行練習を行ってください。



1. 患者を手術台/外科用椅子に仰向けに寝かせます。
2. 挿管を行った後、患者の頭部、頸部を固定して、外科用椅子を起こして、患者をハイファウラー位（座位）にします。
3. ボールジョイントを緩め、頭部固定器を患者の頭部周囲に合わせ、患者の耳が塞がれていないことを確認し、ボールジョイントを締めます。
4. 頭部固定器のフラップを患者の頭部に沿った状態で、額用ストラップを図示のとおり、額を横切るように設置します。患者の眉毛にかからないようにして、しっかりと取り付けます。
5. 顎ストラップの中心を顎に合わせて、頭部固定器の片側にストラップを固定します。頭部が適切な位置にあることを確認し、反対側のストラップも頭部固定器に固定します。



注: 頭部はしっかりと固定してください。固定されていなければ、ストラップを少し締めます。

製品概要

Premium Head and Chin Strapsは、施術時に患者の頭部を安全に固定するために使用されます。

一般仕様

機器寸法(最大値)

- 長さ: 21" +/- 0.5" (53 cm +/- 1 cm) (頭部)
- 長さ: 22" +/- 0.5" (56 cm +/- 1 cm) (顎)
- 幅: 2" +/- 0.5 (5 cm +/- 1 cm) (頭部、顎のいずれも)
- 機器重量: .066 lbs. +/- .02 lbs. (.03 kg +/- .009 kg)
- SchureMed製外科用椅子のヘッド部分に取り付け可能
- 1人で取り付け可能

一般事項

- ・製品は天然ゴムラテックス製ではありません
- ・出荷時に損傷していた場合、カスタマーサービス(888) 724-8763または(781) 982-7000に電話して、返品保証番号を受け取ってください。
製品の保証に関しては、カスタマーサービスにご連絡ください。
- ・MDR (EU) 2017/745 準拠、CE マーク取得済み医療機器
- ・-4°Fから+86°F(-20°Cから30°C) で保管してください



患者一人用 — 使用毎に廃棄してください

使用者からの連絡

機器に関連して深刻な自体が発生した場合、必ずメーカー、ならびに使用者および/または患者の存在する加盟国の所轄官庁に連絡してください。

eIFU 言語バージョン

使用説明書をダウンロードして印刷するには、www.schuremed.com にアクセスしてください。

標示一覧

標示	タイトル
	メーカー
	製造日
	欧州共同体の公認代表者
	スイスの公認代表者
	カタログまたは製品番号
	輸入業者
	シリアル番号
	注意
	医療機器
	機器固有識別子
	CE マーキング
	患者一人用



SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

フリーダイヤル (888) 724-8763 | 電話 (781) 982-7000 | FAX (781) 982-7001 | orders@schuremed.com

