

Инструкция по применению

REF Крепежные ремни Premium Head & Chin Straps 800-0369

ПРИМЕНЕНИЕ

Устройство предназначено для фиксации головы пациента во время операции. Изделие предназначено для применения квалифицированным медицинским персоналом больниц и хирургических центров.

ИНСТРУКЦИИ

Перед использованием ознакомьтесь с функциями устройства для фиксации положения пациента. Перед использованием в клинических условиях обязательно попробуйте устройство на коллегах или добровольцах.

1. Поместите пациента на стол / приставку для операций на плече в положении лежа на спине
2. После интубации придерживайте пациента за голову/шею и поднимите приставку таким образом, чтобы пациент оказался в положении Фаулера (сидя)
3. Ослабьте шаровой шарнир - отрегулируйте положение держателя для головы вокруг головы пациента - удостоверьтесь, что уши пациента открыты - затяните шаровой шарнир
4. Разместив голову пациента между боковыми секциями держателя для головы, наденьте налобный ремень на лоб, как показано на рисунке. Надежно закрепите таким образом, чтобы ремень не проходил по бровям пациента.
5. Расположите ремень для подбородка по центру подбородка, закрепите ремень с одной стороны держателя для головы. Убедившись в правильном положении головы, закрепите другой конец ремня на противоположной стороне держателя для головы.



ПРИМЕЧАНИЕ: Голова должна быть надежно закреплена в нужном положении. В противном случае, затяните ремни потуже.

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

Крепежные ремни Premium Head & Chin Straps используются для надежной фиксации головы пациента во время хирургической операции.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры изделия (максимальные)

- Длина: 21" +/- 0,5" (53 см +/- 1 см) (ремень для головы)
- Длина: 22" +/- 0,5" (56 см +/- 1 см) (ремень для подбородка)
- Ширина: 2" +/- 0,5 (5 см +/- 1 см) (ремни для головы и подбородка)
- Вес изделия: 0,066 фунтов +/- 0,02 фунтов (0,03 +/- 0,009 кг)
- Крепится к отделу для головы в приставках для операций на плече SchureMed

- Установка выполняется одним человеком

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Изделие изготовлено не из натурального каучукового латекса
- При повреждении во время доставки обратитесь в службу поддержки клиентов по номеру (888) 724-8763 или (781) 982-7000, чтобы получить номер разрешения на возврат материалов. По вопросам гарантии на изделие обращайтесь в службу поддержки клиентов.
- Медицинское изделие имеет маркировку CE согласно MDR (EU) 2017/745
- Храните изделие при температуре от -4°F до +86°F (-20°C до 30°C)



ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ—Утилизировать устройство после каждого применения

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

О любых серьезных происшествиях, произошедших в связи с использованием изделия, необходимо сообщать производителю и в соответствующий компетентный орган страны-члена ЕС, в которой находится пользователь и/или пациент.

Версии электронного руководства по применению на других языках

Чтобы загрузить и распечатать инструкцию по применению, посетите сайт www.schuremed.com.

Графические обозначения

Графический символ	Название
	Производитель
	Дата производства
	Уполномоченный представитель в Европейском Сообществе
	Уполномоченный представитель в Швейцарии
	Каталожный номер
	Импортёр
	Серийный номер
	Внимание!
	Медицинское изделие
	Уникальный идентификатор изделия
	Соответствует требованиям
	Для одноразового использования



SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA (США)

Бесплатный звонок (888) 724-8763 | Тел. (781) 982-7000 | Факс (781) 982-7001 | orders@schuremed.com

