Gebrauchsanweisung

Standard Armboard

REF **Standard Armboard 800-0008**

REF **Standard Armboard (DEN) 800-0008-DEN**

REF **Standard Armboard (EU) 800-0008-EU**

REF **Standard Armboard (JPN) 800-0008-JPN**

REF **Standard Armboard (SWISS) 800-0008-SWISS**

REF **Standard Armboard (UK) 800-0008-UK**

Polster separat erhältlich: Wählen Sie eines
2" Armboard Pad, Deluxe 508-0071
2" Armboard Pad, Softcare 508-0151

Extra-Wide Armboard

REF **Extra-Wide Armboard 800-0018**

REF **Extra-Wide Armboard (DEN) 800-0018-DEN**

REF **Extra-Wide Armboard (EU) 800-0018-EU**

REF **Extra-Wide Armboard (JPN) 800-0018-JPN**

REF **Extra-Wide Armboard (SWISS) 800-0018-SWISS**

REF **Extra-Wide Armboard (UK) 800-0018-UK**

Polster separat erhältlich: Wählen Sie eines
2" Extra-Wide Armboard Pad, Deluxe 508-0105
2" Extra-Wide Armboard Pad, Softcare 508-0152

VERWENDUNGSZWECK

Verwendungszweck ist das Halten des Arms des Patienten – der Bewegungsbereich beträgt 180°. Das Gerät ist für medizinisches Fachpersonal in Krankenhäusern und Operationszentren bestimmt.

GEBRAUCHSANWEISUNG
Machen Sie sich mit den Funktionen des Positionierungsgeräts vertraut, bevor Sie es am Patienten anwenden. Üben Sie die Anwendung immer an einer Pflegekraft, einem Arzt oder einem geeigneten Freiwilligen, bevor Sie es klinisch anwenden.

Befestigung des Armboards am Tisch

- *Befestigung an einem beliebigen Punkt der Seitenschiene des Operationstisches*

Einstellen des Armboards

- *Ziehen Sie den Richtungsauslöser (äußerster Auslöser), drehen Sie ihn in die gewünschte Position und lassen Sie ihn los, um ihn zu arretieren*

Abnehmen des Armboards vom Operationstisch

- *Drücken Sie den Auslöser (der dem Tischanschluss am nächsten liegt) und heben Sie das Armboard vom Tisch ab*

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

- *Befestigung an der Schiene des Operationstisches an einem beliebigen Punkt der Schiene*
- *Ein-Personen-Installation*
- *Drücken Sie den Auslöser*

	Standard-Armboard 800-0008	**Extra-Wide Armboard 800-0018**
Länge	*26,5" +/- 0,5" (67 cm +/- 1 cm)*	*26,5" +/- 0,5" (67 cm +/- 1 cm)*
Breite	*6" +/- 0,5" (15 cm +/- 1 cm)*	*11" +/- 0,5" (28 cm +/- 1 cm)*
Tiefe	*2,5" +/- 0,5" (6 cm +/- 1 cm) mit Polster*	*2,5" +/- 0,5" (6 cm +/- 1 cm) mit Polster*
Gerätegewicht	*5,25 +/- 0,5 lbs. (2,4 kg +/- 0,22 kg)*	*9 +/- 0,5 lbs. (4 +/- 0,22 kg)*

KOMPONENTEN-ÜBERSICHT
Standard- und extrabreite Armboards sind chirurgische Tischverlängerungen, die an den Seitenschienen eines jeden Tisches befestigt werden.

Siehe Abmessungen der Seitenschienen unten:
***US**: 0,374" x 1,122" (9,5 mm x 28,5 mm) PN# 800-0008 & 800-0018*
***Denyer**: 0,236" x 1,496" (6 mm x 38 mm) PN# 800-0008-DEN & 800-0018-DEN*
***Europa**: 0,394" x 0,984" (10 mm x 25 mm) PN# 800-0008-EU & 800-0018-EU*
***Eschmann (UK)**: 0,236" x 1,260" (6 mm x 32 mm) PN# 800-0008-UK & 800-0018-UK*
***Japan**: 0,354" x 1,260" (9 mm x 32 mm) PN# 800-0008-JPN & 800-0018-JPN*
***Schweiz**: 0,394" x 1,181" (10 mm x 30 mm) PN# 800-0008-SWISS & 800-0018-SWISS*

Standard Armboard 800-0008
Polster separat erhältlich: Wählen Sie eines
2" Armboard Pad, Deluxe 508-0071
2" Armboard Pad, Softcare 508-0151

Extra-Wide Armboard 800-0018
Polster separat erhältlich: Wählen Sie eines
2" Extra-Wide Armboard Pad, Deluxe 508-0105
2" Extra-Wide Armboard Pad, Softcare 508-0152

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- *Produkt nicht mit Naturkautschuklatex gefertigt*
- *Gerät trägt 500 lb. (227 kg) Proportionale Patientenbelastung (193 cm (6'4") großer Patient pro 99 % menschliches Körpermodell)*
- *Die Produktgarantie deckt Herstellungsfehler für 2 Jahre*
- *Bei Transportschäden rufen Sie bitte den Kundendienst unter (888) 724-8763 oder (781) 982-7000 an, um eine Rücksendegenehmigungsnummer zu erhalten. Bei Fragen zur Produktgarantie wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.*
- *CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt gemäß MDR (EU) 2017/745*
- *Das Produkt ist wartungsfrei, überprüfen Sie den Zustand des Produkts vor dem nächsten Gebrauch*
- *Die Lebensdauer des Geräts beträgt 5 Jahre bei normalem Gebrauch*
- *Gerät zwischen -20°C und 30°C (-4°F bis +86°F) lagern*

ENTSORGUNG

- ***Allgemeines** – Verhindern Sie Infektionen durch Reinigung und Desinfektion des Produkts vor der Entsorgung*
- ***Verpackung** – Entsorgen Sie die Verpackung im Hausmüll gemäß den nationalen Vorschriften*
- *SchureMed nimmt gebrauchte oder ausgelaufene Produkte zurück – oder entsorgt das Produkt gemäß den nationalen Anforderungen*

WARNHINWEISE ZUM PRODUKTGEBRAUCH
WARNUNG!
Die maximale Belastung sollte den angemessenen Anteil eines Patienten mit einem Gewicht von 500 lbs nicht überschreiten. (227 kg) Achten Sie bei OP-Tischen mit geringer maximaler Tragfähigkeit darauf, dass die Zubehörschienen nicht überlastet werden.

WARNUNG!
Gefahren durch unsachgemäßen Gebrauch. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung für Ihr OP-Tisch-System.

WARNUNG! *Verwenden Sie das Gerät nicht wieder, wenn es offensichtliche Anzeichen von Schäden oder Funktionsstörungen aufweist. Wenden Sie sich vor der Wiederverwendung an den Hersteller*.

REINIGUNGSHINWEISE
Befolgen Sie die aktuellen Richtlinien des Association of periOperative Registered Nurses Journal für angemessene Reinigungs- und Desinfektionsverfahren.

WARNUNG!
Halten Sie sich an die Standards für durch Blut übertragbare Krankheitserreger der Occupational Safety and Health Administration. Verwenden Sie zur Reinigung des Zubehörs die empfohlene Schutzkleidung, Handschuhe, Masken und Augenschutz.

VORSICHT
Lesen und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers der Reinigungsflüssigkeit. Verwenden Sie KEINE phenolhaltigen Reiniger.

1. *Entfernen Sie größere Verunreinigungen aus dem Zubehör mit Einwegmaterialien. Befolgen Sie die entsprechenden Verfahren zur Entsorgung von Bioabfall.*
2. *Tragen Sie die Reinigungsflüssigkeit großzügig auf das gesamte Zubehör auf und wischen Sie es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch ab, bis alle Feuchtigkeit und Reinigungsflüssigkeit vom Zubehör entfernt ist.*
3. *Lassen Sie das Zubehör trocknen*

BENUTZERHINWEIS
Jeder schwerwiegende Zwischenfall im Zusammenhang mit dem Produkt muss dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Benutzer und/oder Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.

eIFU Sprachversionen

Um die Gebrauchsanweisung herunterzuladen und auszudrucken, gehen Sie auf www.schuremed.com

Symbolglossar

Symbol	Titel
	Hersteller
	Herstellungsdatum
EC REP	Bevollmächtigter Vertreter in der EU
CH REP	Bevollmächtigter Vertreter in der Schweiz
	Importeur
SN	Seriennummer
	Warnhinweis
MD	Medizinprodukt
UDI	Unique Device Identifier
CE	CE-Kennzeichnung

SchureMed (081001460)
452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA
Gebührenfrei (888) 724-8763 | **Tel** (781) 982-7000 | **Fax** (781) 982-7001 | **orders@schuremed.com**

CE